

Annexe au certificat d'analyses

M1286412 version 1

Description	Unités	Limite de détection	Blanc	Matériaux de référence		Récupération		Duplicata	
				% obtenu	limites (%)	% obtenu	limites (%)	% écart	limites (%)

Méthode d'analyse: Néphélogéométrie / MA.103-TUR 1.0 / ILCE-018								Date d'analyse: 2017-01-17	
								No séquence: CS597446	

		Blanc						Duplicata (3264855)	
Turbidité	UTN	0.1	<0.1	96.0	80 - 120	-	-	0.3	- 20
								Duplicata (3265036)	
Turbidité	UTN	-	-	98.0	80 - 120	-	-	0.6	- 20