

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
M. David Fournier
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **1910662**
Date du rapport: 2018-01-18
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

Paramètres	Contrôle	NoContrôle	Résultats	Valeur attendue	Écarts	LR	Unités
LDCTHM-01 - Trihalométhanes							
Échant 3392670							
Somme des trihalométhanes	Blanc	3443354	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Blanc	3443354	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromoforme	Blanc	3443354	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Chloroforme	Blanc	3443354	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
D4-1,2-Dichloroéthane (%)	Blanc	3443354	101	N/D	N/D		%
D8-Toluène (%)	Blanc	3443354	101	N/D	N/D		%
4-Bromofluorobenzène (%)	Blanc	3443354	89	N/D	N/D		%
Dibromochlorométhane	Blanc	3443354	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Somme des trihalométhanes	Étalon Certifié	3443358	21.4	20	15-25	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Étalon Certifié	3443358	5.2	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Bromoforme	Étalon Certifié	3443358	5.3	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Chloroforme	Étalon Certifié	3443358	5.6	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
D4-1,2-Dichloroéthane (%)	Étalon Certifié	3443358	109	100	70-130		%
D8-Toluène (%)	Étalon Certifié	3443358	97	100	70-130		%
Dibromochlorométhane	Étalon Certifié	3443358	5.3	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
4-Bromofluorobenzène (%)	Étalon Certifié	3443358	114	100	70-130		%

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1