## Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de) M. David Fournier 200 St-Jean est East Angus, Québec

J0B 1R0

Tél.: (819) 560-8482 Fax: (819) 560-8611

Certificat: Date du rapport: 2018-01-18 L50230978 Client: Site: Principal Projet: L50230978-1

Nom du Projet: Analyses selon RQEP

Commande:

| Paramètres                 | Contrôle        | NoContrôle | Résultats | Valeur<br>attendue | Écarts    | LR  | Unités |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----|--------|
| DCTHM-01 - Trihalométhanes |                 |            |           |                    |           |     |        |
| Échant 3392670             |                 |            |           |                    |           |     |        |
| Somme des trihalométhanes  | Blanc           | 3443354    | <0.2      | N/D                | N/D       | 0.2 | μg/L   |
| Bromodichlorométhane       | Blanc           | 3443354    | <0.2      | N/D                | N/D       | 0.2 | μg/L   |
| Bromoforme                 | Blanc           | 3443354    | <0.2      | N/D                | N/D       | 0.2 | μg/L   |
| Chloroforme                | Blanc           | 3443354    | <0.2      | N/D                | N/D       | 0.2 | μg/L   |
| D4-1,2-Dichloroéthane (%)  | Blanc           | 3443354    | 101       | N/D                | N/D       |     | %      |
| D8-Toluène (%)             | Blanc           | 3443354    | 101       | N/D                | N/D       |     | %      |
| 4-Bromofluorobenzène (%)   | Blanc           | 3443354    | 89        | N/D                | N/D       |     | %      |
| Dibromochlorométhane       | Blanc           | 3443354    | <0.2      | N/D                | N/D       | 0.2 | μg/L   |
| Somme des trihalométhanes  | Étalon Certifié | 3443358    | 21.4      | 20                 | 15-25     | 0.2 | μg/L   |
| Bromodichlorométhane       | Étalon Certifié | 3443358    | 5.2       | 5                  | 3.75-6.25 | 0.2 | μg/L   |
| Bromoforme                 | Étalon Certifié | 3443358    | 5.3       | 5                  | 3.75-6.25 | 0.2 | μg/L   |
| Chloroforme                | Étalon Certifié | 3443358    | 5.6       | 5                  | 3.75-6.25 | 0.2 | μg/L   |
| D4-1,2-Dichloroéthane (%)  | Étalon Certifié | 3443358    | 109       | 100                | 70-130    |     | %      |
| D8-Toluène (%)             | Étalon Certifié | 3443358    | 97        | 100                | 70-130    |     | %      |
| Dibromochlorométhane       | Étalon Certifié | 3443358    | 5.3       | 5                  | 3.75-6.25 | 0.2 | μg/L   |
| 4-Bromofluorobenzène (%)   | Étalon Certifié | 3443358    | 114       | 100                | 70-130    |     | %      |

Accr. \*: Accréditation du MDDELCC -- NA: Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC: Colonies trop nombreuses pour être comptées Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

= Hors normes

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet. Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

ENVIRONNEMENT

CONFIDENTIEL Page 1 de 1

SANTÉ ET PHARMACEUTIQUE

**AGROALIMENTAIRE**