

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
M. David Fournier
200 St-Jean est
East Angus, Québec
J0B 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **2283283**
Date du rapport: 2019-04-18
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

Paramètres	Contrôle	NoContrôle	Résultats	Valeur attendue	Écarts	LR	Unités
EDCTHM-01 - Trihalométhanes							
Échant 4000033							
Somme des trihalométhanes	Blanc	4056728	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Blanc	4056728	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromoforme	Blanc	4056728	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Chloroforme	Blanc	4056728	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
D4-1,2-Dichloroéthane (%)	Blanc	4056728	114	N/D	N/D		%
D8-Toluène (%)	Blanc	4056728	89	N/D	N/D		%
4-Bromofluorobenzène (%)	Blanc	4056728	85	N/D	N/D		%
Dibromochlorométhane	Blanc	4056728	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Somme des trihalométhanes	Étalon Certifié	4056729	61.2	60	42-78	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Étalon Certifié	4056729	14.4	15	10.5-19.5	0.2	µg/L
Bromoforme	Étalon Certifié	4056729	15.4	15	10.5-19.5	0.2	µg/L
Chloroforme	Étalon Certifié	4056729	16.8	15	10.5-19.5	0.2	µg/L
D4-1,2-Dichloroéthane (%)	Étalon Certifié	4056729	118	100	70-130		%
D8-Toluène (%)	Étalon Certifié	4056729	99	100	70-130		%
Dibromochlorométhane	Étalon Certifié	4056729	14.6	15	10.5-19.5	0.2	µg/L
4-Bromofluorobenzène (%)	Étalon Certifié	4056729	114	100	70-130		%

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1