

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
M. David Fournier
200 St-Jean est
East Angus, Québec
J0B 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **2361472**
Date du rapport: 2019-07-12
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

Paramètres	Contrôle	NoContrôle	Résultats	Valeur attendue	Écarts	LR	Unités
LDCTHM-01 - Trihalométhanes							
Échant 4140792							
Somme des trihalométhanes	Blanc	4215142	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Blanc	4215142	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromoforme	Blanc	4215142	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Chloroforme	Blanc	4215142	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
D4-1,2-Dichloroéthane (%)	Blanc	4215142	93	N/D	N/D		%
D8-Toluène (%)	Blanc	4215142	87	N/D	N/D		%
4-Bromofluorobenzène (%)	Blanc	4215142	79	N/D	N/D		%
Dibromochlorométhane	Blanc	4215142	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Somme des trihalométhanes	Étalon Certifié	4215143	22.2	20	15-25	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Étalon Certifié	4215143	5.4	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Bromoforme	Étalon Certifié	4215143	5.3	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Chloroforme	Étalon Certifié	4215143	6.0	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
D4-1,2-Dichloroéthane (%)	Étalon Certifié	4215143	105	100	70-130		%
D8-Toluène (%)	Étalon Certifié	4215143	101	100	70-130		%
Dibromochlorométhane	Étalon Certifié	4215143	5.4	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
4-Bromofluorobenzène (%)	Étalon Certifié	4215143	100	100	70-130		%

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1