

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4205245**
Date du rapport: 2025-01-15
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

Paramètres	Contrôle	NoContrôle	Résultats	Valeur attendue	Écart	LR	Unités
LDCTHM-01 - Trihalométhanes							
Échant 8184913							
4-Bromofluorobenzène (%)	Blanc	8317479	105	N/D	N/D		
Chloroforme	Blanc	8317479	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Blanc	8317479	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Dibromochlorométhane	Blanc	8317479	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Bromoforme	Blanc	8317479	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Somme des trihalométhanes	Blanc	8317479	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L
Dibromofluorométhane (%)	Blanc	8317479	98	N/D	N/D		
D8-Toluène (%)	Blanc	8317479	100	N/D	N/D		
4-Bromofluorobenzène (%)	Étalon Certifié	8317481	103	100	70-130		
Chloroforme	Étalon Certifié	8317481	4.7	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Bromodichlorométhane	Étalon Certifié	8317481	4.6	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Dibromochlorométhane	Étalon Certifié	8317481	4.5	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Bromoforme	Étalon Certifié	8317481	4.7	5	3.75-6.25	0.2	µg/L
Somme des trihalométhanes	Étalon Certifié	8317481	18.4	20	15-25	0.2	µg/L
D8-Toluène (%)	Étalon Certifié	8317481	99	100	70-130		
Dibromofluorométhane (%)	Étalon Certifié	8317481	101	100	70-130		

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1